

JCSS

20241112評基第013号
2025年9月10日

登録証

住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登録番号 0378

事業所の名称 住友電工テクニカルソリューションズ株式会社
分析計測事業部 東部統括部
横浜分析計測センター 横浜計測グループ

所在地 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地

登録に係る区分 温度（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 2029年9月9日

2025年9月10日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 長谷川 史彦



登録に係る区分：温度法律に基づく初回登録年月日：2025年9月10日校正手法の区分の呼称【登録年月日】：接触式温度計【2025年9月10日】恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	指示計器付温度計 (比較校正法)	15 °C 以上 40 °C 以下	0.13 °C

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。